移乗台(チェリー専用) CH-30

取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
「取扱説明書」はいつでも使用できるように、見やすい所に大切に保管してください。

● 使用用途

本製品は浴槽の周辺に設置し、入浴動作が一人でまたは簡単な介護で行える様に補助するための入浴用用具です。

● 注意事項

⚠注意

本製品を安全に正しくご使用していただくために、各注意事項を読んで必ずお守りください。表示の意味は次のようになっています。

⚠注意 ・・・ 取り扱いを誤ると、傷害または物的損害の発生が想定されるもの

- **本製品を用途以外の目的に使用しない**
- **使用前に破損箇所などがないか点検する**
- **異常を発見したまま使用しない**
- **移乗台に乗る前に手で押してがたつきのないことを確認**
  不安定のまま使用すると、転倒する恐れがあります。
- **設置後、吸盤が４つともしっかり吸着していることを確認する**
  吸着していないと、台が移動して転倒する恐れがあります。
- **高さ調節後、ナットを締めて吸盤を脚にしっかり固定する**
  固定されていないと吸盤が回転して高さが変わり、転倒する恐れがあります。

● お手入れの仕方

日常のお手入れとして、汚れがついたときは柔らかいスポンジ等で拭き取ってください。
汚れのひどいときは中性洗剤等で水拭きした後柔らかい布で乾拭きしてください。

⚠**注意　洗浄する際はたわしなどを使用しない**
表面にきずがつきます。また洗剤を使用される場合は、中性洗剤をご使用ください。

● 仕様

外形寸法		530(Ｌ)×330(W)×395～445(Ｈ)㎜
質量		約 3.5 kg
材質	座面部	ポリプロピレン製（リサイクル可能）
	脚	ステンレス製
	吸盤	合成ゴム

注)都合により予告なく仕様の変更を行う場合があります。

● 操作方法

■ 設置

移乗台を浴槽の周辺の使いやすい位置に隣接して置き、座面高さを、浴槽フチ高さと同じ高さに調節して、下部の 4 つの吸盤を浴室床面に強く押しつけます。

■ 取外し

移乗台を手でしっかり押さえ、吸盤に付いている玉鎖を軽く引っ張ります。浴室床面より吸盤が外れ、移乗台が取り外せます。

■ 高さ調節

移乗台の高さ調節は、4 本の脚の下端にあるナットを、スパナを使用して図の方向に回転させてゆるめ、吸盤を図の**高い**または**低い**方向に回転させ、高さの調節をします。

高さの調節が終わったら、ナットを図の矢印と反対方向に回転させて締めます。

（鎖は吸盤の図の下方に垂して、巻きつきを防止しながら吸盤を回転させてください）



● 保証とアフターサービス

● 保証書と保証期間

- 保証書（別添）はよく読んで大切に保管してください。保証書がありませんと保証期間中でも代金を請求させていただく場合があります。
- 保証期間は、正常な使用状態で故障した場合、本体フレームは 5 年間、それ以外は 1 年間です。詳しくは保証書をご覧ください。

● 修理を依頼される場合

- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。
  - ・機種名　：　*CH-30*　　・お買上年月日
  - ・故障状況（できるだけ詳細に）　　・住所，氏名，電話番号
- メーカーより指示のあるとき以外は、決して分解したりしないでください。

● **損耗品**（使用により、磨耗･劣化･変質等が生じ、本来の機能が発揮できなくなるもの）

正常な使用において、交換の目安が**約２年**のもの。　吸盤

点検の時期が来ましたら弊社営業所までご用命ください。点検して必要により有償交換いたします。

● 定期保守点検契約のお勧め

保証期間後の「保守点検契約」の締結をお勧めします。詳しくは「保守点検契約のお勧め」をご覧ください。

酒井医療株式会社

本社　東京都新宿区山吹町 358-6　〒162-0801
http://www.sakaimed.co.jp

お問い合わせ（午前 9:00～午後 5:00）

- 修理に関するお問合せ：
  健康被害などが発生した場合：
  ・サポートセンター　フリーダイヤル 0120-161-288
  ・または、平日のみ最寄りの営業所へ
- 商品に関するお問合せ：
  最寄りの営業所